



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.30.006.A № 53476

Срок действия до 17 декабря 2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

**Датчики избыточного давления с электрическим выходным сигналом
ДДМ-03Т-ДИ**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

**Общество с ограниченной ответственностью "НПП "Промышленная
Автоматика", г. Казань**

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № **55928-13**

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

МИ 1997-89

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ **4 года**

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от **17 декабря 2013 г. № 1479**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства



Ф.В.Бульгин

"20" 12 2013 г.

Серия СИ

№ 013131

Срок действия до 29 октября 2023 г.

Продлен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 октября 2018 г. № 2266

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

А.В.Кулешов



..... 2018 г.